

VIZSGÁLATI OKMÁNY

Kiadva: **Studex Europa GmbH részére**
Tárgy: **Steril belőhető fülbevalók**
Összetétel: **Orvosi, rozsdamentes acél**
Vizsgálati eljárás: **Bakteriológiai vizsgálat**

Eredmény:

Ezennel igazoljuk, hogy a fent említett steril belőhető fülbevaló orvosi, rozsdamentes acélból készült, és a sterilizálása az ISO 11135:1994¹ és az EN 550:1994² előírásai szerint történt, és legalább tíz év időtartamig, illetve a csomagolás felnyitásáig vagy megsérüléséig megőrzi sterilitását.

Továbbá, a jelen okiratban megnevezett termék garantáltan megfelel az Európai Bizottság 2004/96/EK (Európai nikkeli irányelv) irányelvében foglaltaknak, amely meghatározza azoknak a belőhető ékszereknek a maximálisan engedélyezett nikkeltartalmát, amely kategóriába a steril belőhető fülbevalók is tartoznak.

Vizsgálatot végző mérnök

2010. 05. 12.

¹ Etilénnoxidos sterilizáció jóváhagyása és rutinellenőrzése

² Bőrbe lőhető termékek sterilizációja - Etilénnoxidos sterilizáció jóváhagyása és rutinellenőrzése